



DIRECTION ENERGIE NUCLEAIRE  
DIRECTION DU CENTRE DE SACLAY  
DEPARTEMENT DES REACTEURS ET  
DES SERVICES NUCLEAIRES  
SERVICE D'EXPLOITATION ORPHEE

**REACTEUR ORPHEE**  
**INB N° 101**

**NOTE TECHNIQUE SPECIFIQUE**

**Ind. A**

**Page 12/35**

CEA/DEN/DANS/DRSN/SOR  
DO 32 27/01/11



11MMMT000041

diffusé le : 27/01/11

**AM 902 Nr 002**

POSTE EXPERIMENTAL : 6 T 1 Tél. : 2.98.40  
TYPE DU SPECTROMETRE : QUATRE CERCLES  
ETUDES REALISEES : TEXTURES  
RESPONSABLE : M.H. MATHON Tél. : 2.60.33  
ASSISTANT TECHNIQUE : S. GAUTROT Tél. :  
SPR (Tél.) : 2.33.74 ou 2.28.84  
SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) : 2.43.06  
2.28.88

<b>DANGERS CONNUS</b>	<b>MESURES PREVENTIVES EXISTANTES</b>	<b>ACTIONS D'URGENCE</b>
Rayonnements ionisants	Porte coupe-faisceau d'accès à l'aire expérimentale.	Fermer le barillet. Prévenir le SPR et la salle de conduite ORPHEE.
Electricité		Déclencher l'interrupteur coup-de-poing.
Inondation	Isolement automatique des circuits d'eau de refroidissement.	Isoler les circuits avec les vannes manuelles. Prévenir la salle de conduite ORPHEE.

# DIFFRACTOMETRE QUATRE CERCLES 6T1

